


Testergebnis: Akkreditiertes Labor Clean Controlling Medical



„Die Prüfgegenstände konnten unter Verwendung des Gerätes „Micro Cleaner“, bereitgestellt von Medeco Cleantec GmbH, in drei unabhängigen Läufen erfolgreich gereinigt und desinfiziert werden. Zusätzlich konnte Bodenmaterial durch das Gerät ebenfalls erfolgreich gereinigt und desinfiziert werden.“

Das Bodenmaterial war frei von sichtbarer Verschmutzung.
Die Restbelastung des Bodenmaterials mit Protein war $< 6,4 \mu\text{g}/\text{cm}^2$ (FDA-Anforderung).
Die Desinfektion erreichte eine Log Reduktion von mind. 5 Stufen (Marker Escherichia coli).
Das Gerät „Micro Cleaner“ ist somit geeignet zur Reinigung und Desinfektion von Bodenmaterial.

Die Instrumente und die Oberflächen waren frei von sichtbarer Verschmutzung.
Die Restbelastung der Instrumente mit Protein war $< 100 \mu\text{g}$ / Prüfgegenstand.
Die Reinigung erreichte eine Log Reduktion von mind. 4 Stufen (Marker Bacillus atrophaeus). Die Desinfektion erreichte eine Log Reduktion von mind. 5 Stufen (Marker Enterococcusfaecium).



CleanControlling Medical GmbH & Co. KG • Gehrenstraße 11a • D-78576 Emmingen-Liptingen



Anerkannt durch/Recognized by
Zentralstelle der Länder
für Gesundheitsschutz
bei Arzneimitteln und
Medizinprodukten
www.zfl.de
ZLG-AP-189.15.11



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-PL-19887-01-00

Hygienisch und Ökologisch reinigen ohne Chemie!